

**Gmina Wodzisław zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza do
złożenia ofert na Dostawę wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla
jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Wodzisław**

Postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) – wartość

zamówienia nie przekracza 30 000 euro

I. Adres Zamawiającego:

GMINA WODZISŁAW, ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław, woj. świętokrzyskie

Numer telefonu: (41) 3806120, Numer faksu: (41) 3806118

Adres e – mail: ugwodzislaw@wp.pl, Strona internetowa: www.wodzislaw.biuletyn.net

NIP: 656-22-15-950

II. Przedmiot zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Wodzisław. Zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa jest dofinansowany ze środków Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości.
2. Zamówienie obejmuje Dostawę wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Wodzisław, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia:

Lp.	Nazwa	Opis sprzętu	J.m.	Ilość
1.	Torba ratownicza PSP R-1 (nowy wzór torby) z wyposażeniem zgodnym z minimalnym standardem wyposażenia podmiotów KSRG w zestawy ratownictwa medycznego (załącznik nr 3 do Zasad organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym – lipiec 2013r.)	Zawartość minimalna: - torba medyczna R-1 o wym. min. 79cmx36cmx38cm, - wyposażenie zgodne z minimalnym standardem wyposażenia podmiotów KSRG w zestawy ratownictwa medycznego (załącznik nr 3 do Zasad organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym – lipiec 2013r.) - szyny typu Kramer w torbie, - deska ortopedyczna – jak w poz. 5, - kołnierze szyjne w torbie, - hydrożele. Gwarancja min. 2 lata	Szt.	1
2.	Torba ratownicza OSP	Zawartość minimalna:	Szt.	1

	R-1 z wyposażeniem	<ul style="list-style-type: none"> - torba transportowa o wym. min. 60cmx25cmx30cm, - uchwyty transportowe do trzymania torby w ręku, na ramieniu oraz na plecach, - uchwyty siatkowe i kieszenie do segregacji sprzętu, - rurki ustno-gardłowe – 2 szt. - worek samorozprężalny – 1 kpl. - maska dwuczęściowa, silikonowa nr 5 – 1 szt. - maska dwuczęściowa, silikonowa nr 3 – 1 szt. - filtry do worka samorozprężalnego – 5 szt. - kołnierze szyjne dla dorosłego i dziecka – 2 szt. - szyny kramera w pokrowcu 60x7 cm – 2 szt. - zestaw opatrunków – 1 kpl. - plastry 5x50cm – 2 szt. - opatrunki hydrożelowe 10x10 cm – 2 szt. - rękawiczki lateksowe rozm. 8 – 5 szt. - worek plastikowy na śmieci 20l z zamknięciem – 5 szt. - płyn do dezynfekcji rąk 250 ml – 1 szt. - nożyczki ratownicze ze stopką 19 cm, std – 1 szt. - nóż do cięcia pasów z młotkiem do szyb – 1 szt. - folie izotermiczne – 5 szt. - folie do przykrywania zwłok – 3 szt. - misiek – 1 szt. <p>Gwarancja min. 2 lata</p>		
3.	Plecak PSP R-1 z wyposażeniem zgodnym z minimalnym standardem wyposażenia podmiotów KSRG w zestawy ratownictwa medycznego (załącznik nr 3 do Zasad organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym – lipiec 2013r.)	<p>Zawartość minimalna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletny plecak R-1 o wym. min. 26cmx47cmx65cm, - wyposażenie zgodne z minimalnym standardem wyposażenia podmiotów KSRG w zestawy ratownictwa medycznego (załącznik nr 3 do Zasad organizacji ratownictwa medycznego w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym – lipiec 2013r.) - kołnierze szyjne w torbie, - hydrożele, - szyny typu Kramer w torbie, - deska ortopedyczna – jak w poz. 5. <p>Gwarancja min. 2 lata</p> <p>Zamawiający zastrzega możliwość zrezygnowania z zakupu szyn lub/i deski ortopedycznej w zestawie z plecakiem w przypadku przekroczenia budżetu na realizację zamówienia.</p>	Szt.	2
4.	Deska ortopedyczna pediatria kompletna - dla pacjentów o wadze do 79 kg	<p>Wymiary min.: 138cmx35cmx5cm,</p> <p>Wyposażenie minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - stabilizator, - cztery pasy bezpieczeństwa. <p>Gwarancja min. 12 miesięcy</p>	Szt.	1
5.	Deska ortopedyczna Iron Duck 16 z usztywnieniem głowy i pasami – obciążenie	<p>Wymiary min.: 41cmx183cm</p> <p>Wyposażenie minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 komplety pasów zabezpieczających mocowanych obrotowo, 	Szt.	1

	max. 450 kg	<ul style="list-style-type: none"> - mocowanie pasów min. 5 na stronę oraz możliwość przepinania pasów bez poruszania pacjenta (poszkodowanego), - zestaw klocków – poduszek do unieruchomienia głowy i kręgosłupa szyjnego z możliwością zmiany punktu pracy pasów mocujących, z możliwością obserwacji uszu poszkodowanego oraz wpływu zamocowania zestawu na możliwości transportowe noszy <p>Gwarancja min. 2 lata</p>		
6.	Defibrylator AED z torbą, baterią i elektrodami	<p>Defibrylator automatyczny zewnętrzny z możliwością pracy w trybie dla dorosłych i dla dzieci.</p> <p>Użytkownik w czasie korzystania z urządzenia jest prowadzony przez polecenia głosowe w języku polskim.</p> <p>Wyposażenie minimalne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wskaźniki dźwiękowe lub/i wizualne informujące o nieprawidłowym podłączeniu elektrod lub ich braku oraz wymaganej defibrylacji lub braku wskazań do jej przeprowadzenia oraz o prowadzonej analizie rytmu pracy serca i ewentualnych zakłóceniach (np. ruchu pacjenta); - wskaźniki dźwiękowe lub/i świetlne informujące o gotowości urządzenia do pracy oraz technicznej sprawności urządzenia lub jej braku; - minimum dwa przyciski pełniące następującą funkcję: przycisk uruchamiający urządzenie i przycisk wywołujący defibrylację oraz ewentualnie przyciski do obsługi parametrów technicznych urządzenia; - minimum trzy pary elektrod samoprzylepnych w tym 2 komplety dla dorosłych i 1 komplet dla dzieci (lub elektrody uniwersalne). Zmiana na tryb pediatryczny (poniżej 25 kg) bez konieczności zmiany elektrod. Na opakowaniu elektrod oraz na każdej elektrodzie dokładny rysunek, określający, miejsce prawidłowego ich naklejenia. - obudowa defibrylatora posiada trwałe elementy wbudowane w swoją konstrukcję oraz nieposiadająca ruchomych lub zdejmowalnych elementów w celu uniknięcia przypadkowego uszkodzenia podczas akcji ratowniczej. - czas przydatności elektrod – min 30 miesięcy; - 2 szt. baterii nieładowalnych: główna i zapasowa o okresie żywotności baterii min. 4 lata, zapewniających w sumie nie mniej niż 300 wyładowań max. energią. Gwarancja baterii objęta gwarancją urządzenia; - Wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych: <ul style="list-style-type: none"> • Algorytm postępowania zgodny z aktualnymi, obowiązującymi wytycznymi Europejskiej 	Szt.	2

		<p>Rady Resuscytacji.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Czas analizy pracy serca poszkodowanego oraz ładowania defibrylatora do pożądanego poziomu energii impulsu defibrylacyjnego max. 10 sekund. • Możliwość aktualizacji oprogramowania bez konieczności wymiany całego urządzenia w przypadku zmiany wytycznych ILCOR • Możliwość rejestrowania takich danych jak: dokładny czas włączenia urządzenia, zalecenie wykonania defibrylacji, informacje o wykonanej defibrylacji, zapisanie minimum 30 min. danych (wbudowana pamięć wewnętrzna lub karta pamięci). • Oprogramowanie w języku polskim umożliwiające odczyt danych na komputerze z systemem Windows. • Urządzenie przeprowadza automatyczne testy sprawności technicznej w cyklu codziennym. • Urządzenie posiada możliwość przeprowadzania testów obwodów elektrycznych inicjowanych przez użytkownika. • Posiada możliwość przechowywania defibrylatora z podłączonymi elektrodami. <p>- Wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wymagania bezpieczeństwa - certyfikat zgodności PN-EN 60601. • Stopień ochrony - certyfikat zgodności PN-EN 60529 nie mniej niż klasa IP55 • Odporność na uszkodzenia mechaniczne (przy upadku, uderzeniu nie może odłączyć się akumulator ani żaden z elementów urządzenia, musi być zachowana gotowość do pracy) <p>Należy uwzględnić warunki przechowywania, transportu oraz pracy w jednostkach ochrony przeciwpożarowej (temperatura, wilgotność);</p> <p>- Dokumentacja techniczna, certyfikaty zgodności w języku polskim oraz deklaracja zgodności CE;</p> <p>- Waga urządzenia: do 3.0 kg;</p> <p>- Urządzenie nie może podlegać wymogowi przeglądu po każdorazowym użyciu i odsyłania go do serwisu zgodnie z Instrukcją producenta.</p> <p>- Defibrylator dostarczany wraz z torbą lub skrzynią transportową odpowiednią do oferowanego defibrylatora – nie jest wymagany uchwyt do zawieszenia.</p> <p>- W zestawie z oferowanym defibrylatorem, odpowiednik szkoleniowy (zbliżona budowa, wygląd, zasada działania) do oferowanego defibrylatora. W zestawie szkoleniowym komplet elektrod szkoleniowych dla dorosłych, pilot</p>		
--	--	---	--	--

		<p>zdalnego sterowania, baterie, instrukcja obsługi w języku angielskim i polskim, komunikaty w języku polskim.</p> <p>- Zamawiający wymaga aby wraz z dostawą towaru przeprowadzić szkolenie użytkownika z eksploatacji oferowanego towaru w siedzibie zamawiającego;</p> <p>- Gwarancja bezwzględna na urządzenie: min. 8 lat. W tym okresie dostawca sprzętu ponosi wszystkie koszty wymaganych serwisów gwarancyjnych i przeglądów okresowych (również po użyciu) bez kosztów wymiany elektrod i baterii.</p> <p>- Zamawiający nie dopuszcza urządzenia, które wymagają wymiany baterii przy każdorazowej wymianie elektrod.</p>		
--	--	--	--	--

3. Zamawiający wymaga, żeby dostarczony sprzęt:

- 1) który tego wymaga był zaopatrzony w instrukcję w języku polskim,
- 2) był nowy, kompletny, wykonany w ramach bezpiecznych technologii oraz żeby spełniał wymagania obowiązujących norm,
- 3) posiadał certyfikaty i atesty dopuszczające do użytku jako wyrób medyczny.

4. Wszystkie koszty związane z wydaniem sprzętu, w tym dostarczenie do Urzędu Gminy w Wodzisławiu (ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław) ponosi Dostawca.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia całości ani części zamówienia podwykonawcom.

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Ze szczegółami zamówienia można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego: ul. Krakowska 6, 28-330 Wodzisław, w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 7:30 – 15:30.

III. Termin wykonania zamówienia: 14 dni od podpisania umowy

IV. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

- 1) Wypełniony i podpisany Formularz oferty – wzór stanowi załącznik nr 1.
- 2) Dokumenty potwierdzające spełnianie przez oferowane produkty wyżej określonych wymogów w postaci: wyciągu z katalogu, ulotki reklamowej lub szczegółowego opisu oferowanego produktu wraz z jego nazwą handlową.

V. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

- podinsp. ds. zamówień publicznych – P. Teresa Kamińska, tel. 041 380 61 20 w. 48

VI. Opis sposobu obliczenia ceny:

1. Wykonawca w ofercie podaje wartość brutto dostawy wszystkich oferowanych sprzętów łącznie oraz w podziale na poszczególne elementy.
2. Cena ofertowa musi obejmować wartość dostawy sprzętu odpowiadającego opisowi przedmiotu zamówienia zamieszczonemu w niniejszym zaproszeniu.

3. Podana wartość brutto oferty obejmuje koszt dostawy z uwzględnieniem należnego podatku od towarów i usług VAT oraz innych opłat i podatków niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.
4. Podana cena jest ceną ryczałtową. Cena ta nie będzie podlegała zmianie i waloryzacji nawet w przypadku ustawowej zmiany podatku VAT.
5. Przed obliczeniem ceny oferty Oferent powinien uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

VII. Warunki płatności za wykonanie zamówienia:

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne jednorazowo w terminie do 7 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Zamawiającego. Podstawą wystawienia faktury będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę.

VIII. Opis sposobu przygotowania oferty

Ofertę można przesłać mailem (ugwodzislav@wp.pl), faxem (41 3806 118), listem lub złożyć osobiście na Sekretariat Urzędu Gminy w Wodzisławiu w terminie do dnia 14.05.2018r. do godz. 12:00.

Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

IX. Miejsce i termin składania ofert

Termin składania ofert upływa dnia 14.05.2018r. o godz. 12:00

- X. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:** najniższa cena za dostawę wszystkich zamówionych sprzętów.

Uwagi dla Wykonawców:

- 1) Zamawiający może zmienić warunki zamówienia zamieszczając ogłoszenie o zmianie do 2 dni przed upływem terminu składania ofert na stronie internetowej Zamawiającego.
- 2) Do oceny ofert zostaną przyjęte oferty poprawne, nie zawierające błędów i kompletne.
- 3) Pozostałe oferty nie będą brane pod uwagę przy ocenie.
- 4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Załączniki:

- 1) formularz ofertowy

Zatwierdzam